

AKM2-055 F (0511)

LIBRETTO METROLOGICO
DELL'ETILOMETRO
Dräger Italia


ALCOTEST 9510 IT



DECRETO MINISTERIALE 22.5.1990, n° 196



ARML 0357



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato n.

OM00002/et/18

del **08.10.2018**

Tipo: **ALCOTEST 9510 IT**

N° di serie: ARNL-0357

Dichiarazione n°: 35858

Data: 08-11-2018


(Firma)
Michele Colangelo
DRAEGER ITALIA SPA (1)

(1) depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

1) Proprietario _____

2) Proprietario _____

3) Proprietario _____

VERIFICA: **PRIMITIVA / PERIODICA** (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

LABORATORIO:

Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi

Via di Settebagni n° 333 - Tel. 06 87288-299/298/287/278

00138 ROMA

DATA:

06 DIC. 2022

DRAGER Alcotest 3510 ARML 0357 (052)

gas di alcool etilico (mg/l)	Esito della verifica				
	0,000	0,100	0,200	0,350	0,400
0,000	B				
0,200	B				
0,350	B	B	B	B	B
0,400	B				
0,700	B				
0,950					
1,500	B				
2,500					

PRIMITIVA 06.12.2022 BANCO 036

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SÌ/NO (*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955

FUNZIONARIO INGEGNERE

Ing. Giulia Nardelli

(firma del responsabile del laboratorio)

VERIFICA: **PRIMITIVA / PERIODICA** (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LABORATORIO:

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi

Via di Settebagni n° 533 - Tel. 06 87288-299/298/287/278

00138 ROMA

18 APR. 2024
DATA:

DRÄGER Alcotest 9510 ARML 0357 (868)

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1.5 l in 5 s	3 l in 5 s	4.5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1.5 s palier
0,000	0.000 0.000		B			
0,200	0.200 0.460		B			
0,350	0.350 0.805		B			
0,400	0.400 0.920					
0,700	0.700 1.610		B			
0,950						
1,500	1.500 3.450		B			
2,500		PERIODICA 18.04.2024 BANCO 042				

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SI/NO (*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955
(*) Cancellare l'indicazione inutile

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Carlo Antonio Fos
(firma del responsabile del laboratorio)

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (*)

LABORATORIO:

04 DIC. 2025

DATA:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni n° 338 - Tel. 06 87288-299/298/287/279
00138 ROMA

DRÄGER Alcotest 9510 ARML 0357 (872)

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000 0,000		B			
0,200	0,200 0,460		B			
0,350	0,350 0,805		B			
0,400	0,400 0,920					
0,700	0,700 1,610		B			
0,950						
1,500	1,500 3,450		B			
2,500						

PERIODICA 04.12.2025 BANCO 036

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SI/NO(*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO(*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile
Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1982 N. 955

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Antonio Sacco

(firma del responsabile del laboratorio)